

CONTROL QE (ELECTROLITOS)

Lote: 30566

Vence: 09-2027

Analito	Sigla	Valor promedio	Rango esperado	Unidades
Sodio	Na	140	136 - 144	mmol/L
Potasio	K	4.2	3.9 - 4.5	mmol/L
Cloruro	Cl	97	92 - 102	mmol/L